



必要設備		
E-1	電源	3相200V30A（接地端子付き） ブレーカー止め FL+1,600mm
W-1	給水	15A VP FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
H-1	給湯	15A HT FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
R0-1	R0水	15A SUS FL+100mm バルブ止め 0.2～0.3MPa
D-1	排水	50A SGP FL+50mm キャップ止め（背圧無き事）

本体寸法	
幅	1,200mm
奥行	750mm
高さ	1,860mm



平面図



左側面図

正面図

右側面図

記号	改 正 事 項	年 月 日	検 図	承 認	検 図	設 計	製 図	品 名	縮 尺	製品本体図	 株式会社アスカメディカル
1				2025. 05. 19	2025. 05. 19	2025. 05. 19	2025. 05. 19	チューブ・蛇管洗浄乾燥器 サイクルクエスト	1:17		
2				小 谷	中 島	細 川	細 川	型 式			
3								ASK-6500ST			
4											