

(1) 調達物品名

器具除染用洗浄器 一式

(2) 設置場所

中央材料室 洗浄室

(3) 構成内訳

三浦工業株式会社		規格	数量
		RA-160SU 他	
1. 本体			
1-1	器具除染用洗浄器	RA-160SU 型	1 基
2. 標準付属品			
2-1	5 段ラック		1 個
2-2	洗浄バスケット		20 枚
3. 搬入設置工事等			
3-1	装置輸送・搬入		1 式
3-2	据付設置及び試運転・調整作業		1 式
4. 保証・保守・その他			
4-1	初年度保証		1 式

(4) 性能・機能に関する要件

【器具除染用洗浄器に関して、以下の要件を満たすこと。】

1. 本体外形寸法は、幅 700×奥行 860×高さ 2125mm以内であること。
2. 槽内寸法は、幅 590×奥行 615×高さ 630mm以上であること。
3. 装置は超音波発振器を内蔵しており、超音波洗浄を行うことができること。
4. 洗浄槽内の材質は、耐腐食性のある SUS316L 以上のステンレス製であること。
5. 装置の扉は、手動上下スイング式であること。
6. DINバスケット（幅 520×奥行 250×高さ 50mm）の最大収納数は 5 段ラック使用時に 10 枚、4 段ラック時に 8 枚以上であること。
7. 洗浄水の加熱方式は、蒸気方式であること。
8. シャワーポンプの吐出し量は 1000L/min 以上であること。
9. ディスプレイはカラー液晶グラフィックでサイズは 5.7 インチ以上であること。
10. 予備洗浄・シャワー洗浄・超音波洗浄・すすぎ・熱水除染・潤滑防錆剤塗布・乾燥までの一連の工程を、全自動で行う装置であること。
11. シャワーポンプの吐出し量は 1000L/min 以上であること。

12. 洗浄剤は2系統、潤滑防錆剤で1系統以上使用可能であること。
13. 洗浄コースは名称が変更登録できるフリープログラムが17種以上あること。
14. 運転中は運転完了の予想時間をディスプレイ上に表示する機能を有すること。
15. 乾燥ファンの能力は、無負荷時において $5.9\text{m}^3/\text{min}$ 以上であること。
16. 専用の洗浄ラックとし、外形寸法は幅 550×奥行 528×高さ 608mm以上であること。
17. 洗浄ラックは洗浄アームと棚板が取り外すことができること。
18. 洗浄バスケットは、幅 250×奥行 520×高さ 50mm以内であること。

※ 詳細は別紙 6－2 参照

(5) 納品期限

令和8年1月31日