

## (1) 調達物品名

ベッドサイドモニター式

## (2) 設置場所

1 階：放射線科、救急処置室

2 階：内視鏡室、透析室、歯科診察室

5 階：東病棟、西病棟

6 階：東病棟、西病棟

7 階：東病棟、西病棟

## (3) 構成内訳

日本光電工業株式会社

1. 1 階：救急処置室	規格	数量
1-1 ベッドサイドモニター レコーダ組込済	PVM-4763	2 式
1-2 インタフェース	QI-470P	2 式
1-3 架台	KC-470P	2 式
1-4 アダプタ	DH-470P	2 式
1-5 ホルダ	DI-470P	2 式
1-6 送信機	ZS-600P	2 式
1-7 フック	DZ-470P	2 式
1-8 バッテリパック	SB-470P	2 式
1-9 フィンガーグローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	2 式
1-10 P V M 設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	2 式
1-11 Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	2 式
2. 1 階：放射線科		
2-1 ベッドサイドモニター レコーダ組込済	PVM-4763	1 式
2-2 インタフェース	QI-470P	1 式
2-3 架台	KC-470P	1 式
2-4 アダプタ	DH-470P	1 式
2-5 フック	DZ-470P	1 式
2-6 バッテリパック	SB-470P	1 式
2-7 フィンガーグローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	1 式
2-8 P V M 設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	1 式
3. 2 階：歯科診察室		
3-1 ベッドサイドモニター レコーダ組込済	PVM-4763	1 式
3-2 インタフェース	QI-470P	1 式
3-3 架台	KC-470P	1 式

3-4	アダプタ	DH-470P	1 式
3-5	フック	DZ-470P	1 式
3-6	バッテリーパック	SB-470P	1 式
3-7	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	1 式
3-8	P V M設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	1 式
4. 2階: 内視鏡室			
4-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	1 式
4-2	インタフェース	QI-470P	1 式
4-3	架台	KC-470P	1 式
4-4	アダプタ	DH-470P	1 式
4-5	ホルダ	DI-470P	1 式
4-6	送信機	ZS-600P	1 式
4-7	フック	DZ-470P	1 式
4-8	バッテリーパック	SB-470P	1 式
4-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	1 式
4-10	P V M設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	1 式
4-11	Z S設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	1 式
5. 2階: 透析室			
5-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	1 式
5-2	インタフェース	QI-470P	1 式
5-3	架台	KC-470P	1 式
5-4	アダプタ	DH-470P	1 式
5-5	ホルダ	DI-470P	1 式
5-6	送信機	ZS-600P	1 式
5-7	フック	DZ-470P	1 式
5-8	バッテリーパック	SB-470P	1 式
5-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	1 式
5-10	P V M設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	1 式
5-11	Z S設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	1 式
6. 5階: 東病棟			
6-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	3 式
6-2	インタフェース	QI-470P	3 式
6-3	架台	KC-470P	3 式
6-4	アダプタ	DH-470P	3 式
6-5	ホルダ	DI-470P	3 式
6-6	送信機	ZS-600P	3 式
6-7	フック	DZ-470P	3 式

6-8	バッテリーパック	SB-470P	3 式
6-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	3 式
6-10	P V M設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	3 式
6-11	Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	3 式
6-12	血圧中継コード J P - 920 P	L901	3 式
7. 5 階: 西病棟			
7-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	3 式
7-2	インタフェース	QI-470P	3 式
7-3	架台	KC-470P	3 式
7-4	アダプタ	DH-470P	3 式
7-5	ホルダ	DI-470P	3 式
7-6	送信機	ZS-600P	3 式
7-7	フック	DZ-470P	3 式
7-8	バッテリーパック	SB-470P	3 式
7-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	3 式
7-10	P V M設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	3 式
7-11	Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	3 式
8. 6 階: 東病棟			
8-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	4 式
8-2	インタフェース	QI-470P	4 式
8-3	架台	KC-470P	4 式
8-4	アダプタ	DH-470P	4 式
8-5	ホルダ	DI-470P	4 式
8-6	送信機	ZS-600P	4 式
8-7	フック	DZ-470P	4 式
8-8	バッテリーパック	SB-470P	4 式
8-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	4 式
8-10	P V M設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	4 式
8-11	Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	4 式
8-12	C O 2 センサキット T G - 980 P	P910A	1 式
9. 6 階: 西病棟			
9-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	4 式
9-2	インタフェース	QI-470P	4 式
9-3	架台	KC-470P	4 式
9-4	アダプタ	DH-470P	4 式
9-5	ホルダ	DI-470P	4 式
9-6	送信機	ZS-600P	4 式

9-7	フック	DZ-470P	4 式
9-8	バッテリーパック	SB-470P	4 式
9-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	4 式
9-10	P V M 設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	4 式
9-11	Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	4 式
9-12	血圧中継コード J P - 920 P	L901	4 式
10. 7 階 : 東病棟			
10-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	3 式
10-2	インタフェース	QI-470P	3 式
10-3	架台	KC-470P	3 式
10-4	アダプタ	DH-470P	3 式
10-5	ホルダ	DI-470P	3 式
10-6	送信機	ZS-600P	3 式
10-7	フック	DZ-470P	3 式
10-8	バッテリーパック	SB-470P	3 式
10-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	3 式
10-10	P V M 設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	3 式
10-11	Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	3 式
10-12	C O 2 センサキット T G - 980 P	P910A	2 式
11. 7 階 : 西病棟			
11-1	ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	3 式
11-2	インタフェース	QI-470P	3 式
11-3	架台	KC-470P	3 式
11-4	アダプタ	DH-470P	3 式
11-5	ホルダ	DI-470P	3 式
11-6	送信機	ZS-600P	3 式
11-7	フック	DZ-470P	3 式
11-8	バッテリーパック	SB-470P	3 式
11-9	フィンガープローブ T L - 201 T (ケーブル長 1. 6 m)	P225F	3 式
11-10	P V M 設置調整 (複数台)	#INST-PVM-MULTI	3 式
11-11	Z S 設置調整 (複数台)	#INST-ZS-MULTI	3 式

(4) 納品期限

令和 8 年 1 月 25 日