

(1) 調達物品名

X線撮影装置一式

(2) 設置場所

2階：健診センター

(3) 構成内訳

富士フイルムメディカル株式会社

1. Radnext 50	2階：健診センター	規格	数量
1-1	X線高電圧装置単相 200V 第1管球のみ	DHF-155H4XC (R1)	1 式
1-2	電源ケーブル (単相) 12m	POWER CABLE (1P12M)	1 式
1-3	操作卓ケーブル 15m	CN1 CABLE	1 式
1-4	操作卓ケーブル 15m	CNAC100 CABLE	1 式
1-5	操作卓ケーブル 15m	EARTH CABLE	1 式
1-6	コントローラー (X線操作卓) スタンド	ZP-H3-ST	1 式
1-7	同時ばく射防止機能	EXPOSURE INTERLOCK	1 式
1-8	撮影条件連動 1	RIS CONNECTION H4-2	1 式
1-9	イオンチャンバー 2 (自動露出制御 立位用)	ZP-ICX141	1 式
1-10	300 k H U 0. 6 / 1. 2 m m 12°	UH-6FC-31E	1 式
1-11	床固定装置 A S - M P 1	AS-MP1-5E	1 式
1-12	オートトラッキング (A S - M P 1)	AUTO TRACKING	1 式
1-13	ケーブルダクト (A S - M P 1 : 4 m)	DUCT HOSE	1 式
1-14	据付作業 (X R)		1 式
1-15	線量測定		1 式

(4) 納品期限

令和 8 年 1 月 26 日