# 仕様書

（１）調達物品名

循環器関連機器

（２）設置場所

公立東濃中部医療センター（以下「医療センター」という。）

血管造影室２

（３）調達物品構成

別紙のとおり

（４）性能・機能以外に関する要件

１．調達物品の納品期限は令和９年３月３１日までとする。

２．搬入設置及び作業が必要な物品は搬入前に、据付方法、工程等について東濃中部病院事務組合（以下「組合」という。）と協議すること。また、搬入前に現地下見を実施すること。

３．必要に応じて転倒、落下等を防止するための安全対策を実施すること。

４．調達物品の搬入・据付・調整については、組合と協議の上、実施すること。搬入設置及び作業時に建物に損傷や塵埃が拡散しないよう、必要に応じて養生等を行うこと。

５．各調達物品に、組合が提供する管理シールを添付すること。

６．調達物品の搬入、据付、作業、調整に際しては、建物等を毀損した場合は、直ちに組合に報告し補修を行うこと。

７．養生・搬入・設置（移設）、調整、配線工事、設置に必要な届出、検査及び書類作成の支援に掛かる費用に掛かる費用の一切を含むこと。ただし、光熱水費は費用に含めないこととする。

８．設置後の自主検査を行うこと。

９．医療センター職員が物品を利用できるよう、トレーニングや取扱説明を実施すること。

10．情報システムとの接続が必要な医療機器は､受注者側で必要な費用を含めること｡なお､機器側で発生する費用は、組合で負担する。

11．受注者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。）第２条において定義される医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品に該当する製品を組合へ提示すること。また、薬機法上の承認が有効であることを確認し証明すること。

12．入札から納品までの期間内に、調達物品の製造・販売が終了となることが判明したもの、又は、後継機種が新たに販売開始となるものは、組合と協議し、仕様を満たすと判断した場合に限り、後継機種の適応を認める。

13．固定資産台帳の登録を目的とした明細提出に協力すること。

14．作業日時に遅延が生じる場合は、組合に事前に協議し、その指示に従って対応すること。

15．搬入据付設置作業で発生する梱包材等の廃棄物は持ち帰り、適切に処分すること。なお、建設行為に該当する廃棄物が生じた場合は、組合と協議の上、関係法令に従いマニフェスト処理等、適

正に行うこと。

（５）メンテナンス・アフターサービス

１．障害発生通知後、迅速な対応ができる体制であること。

２．操作マニュアルは、日本語で作成すること。

（６）保証体制に関する要件

１．検収完了日から１年以内に調達物品に瑕疵が生じ、その責任が製造業者に有ると認められた場合は無償で修理または取り替えること。

２．操作マニュアルに沿った通常の使用による故障については、検収完了日から１年間、修理費用等の全てを無償とすること。

３．メーカー保証期間開始日は検収完了日から１年間とすること。

別　紙

| 【日本光電工業】RCM-5000　アブレーション仕様　176ch | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| 本体　新キーボード対応 | RCM-5000M | 1 |
| コントローラー本体　新キーボード対応 | MU-500G | 1 |
| システムソフトウエア | QP-500G | 1 |
| 解析ソフトキット | QP510G | 1 |
| 本体用搭載台車　新キーボード対応 | KT-500G | 1 |
| ２４インチLCD | VL-500G | 3 |
| データアクイジションユニット | JA-694P | 1 |
| ベッドサイドモニター | BSM-1763 | 1 |
| バッテリパック　SB-170P | X161 | 1 |
| ユニット接続ケーブル | YJ-501G | 1 |
| ホルダアダプタ | D1-514G | 1 |
| キーボード | QK-500G | 1 |
| キーボード | QK-510G | 1 |
| キーボード用中継コネクタ | YZ-054H2 | 1 |
| キーボード用中継コネクタ | YZ-０５４H1 | 1 |
| ホルタアダプタ | D1-514G | 1 |
| 外部ドライブユニット | QM-500G | 1 |
| イメージ入力ユニット | QI-500G | 1 |
| サブモニタ出力ユニット | QI-510G | 1 |
| 光ケーブル（SC-SC） | YZ-053H8 | 1 |
| サブモニタ出力ユニット | QI510G | 3 |
| 光ケーブル（SC-SC） | YZ-05３H9 | 3 |
| サウンド出力ケーブル | YZ-053H7 | 1 |
| SM-201V（アイソレーショントランス | 716388 | 1 |
| リモコンユニット　新キーボール対応 | QI-520G | 1 |
| 光ケーブル（DLC-DLC） | YZ-054SC | 1 |
| サブモニタ出力ユニット | QI-510G | 3 |
| 光ケーブル（SC-SC） | YZ053H9 | 3 |
| SM-201V（アイソレーショントラン） | 716388 | 1 |
| 心内心電図ユニット | JB-520G | 1 |
| ECG中継コード（１０極） | K921 | 1 |
| 心内心電図ユニット接続ケーブル | YJ513G | 1 |
| 架台 | KD510G | 1 |
| LCDポール | KH-510G | 2 |
| ホルダアダプタ | DI-513G | 2 |
| カーディアくスティレータ | SEC-5104 | 1 |
| 刺激出力コード | YJ-515G | 1 |
| シリアル用接続ケーブル | YJ-517G | 1 |
| RY接続コード（４０m） | YZ-048H5 | 1 |
| SDメモリカード | QM-002D | 1 |
| ECG中継コード（１０極） | K921 | 1 |
| SPO2中継コード | K931 | 1 |
| フィンガープローブ | P225F | 1 |
| JP-900P血圧中継コード | K951 | 2 |
| CO中継コード | K962 | 1 |
| サーミスタ延長ケーブル | SP-4035-1 | 1 |
| BIS x ＬＯＣ２　チャンネル | １８６－０１９５－ＮＫ | 1 |
| CO２センサーキット | TG-980P2 | 1 |
| BIS x 中継コード | YJ-671P | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ECG/BP出力ケーブル | K976 | 1 |
| VITA運用サポート | | 1 |
| 納品設置費用　UPS　リモート架台ディスプレイ含む | | 1 |
| 移設費用　MWM連携DICOM連携含む | | 1 |
| VITA EXTRACTOR　TOOL | SYS2 | 1 |
| 設置調整費（VITA EXTRACTOR　TOOL） | SYS2 | 1 |
| | | |
| （Goodnet接続費用） | | |
| （内訳） | | |
| 　DICOM接続 | | 1 |
| 　ポリグラフ数値連携 | | 1 |
| 　台帳カスタマイズ費用 | | 2 |
| 　作業費用 | | 1 |
| 　技術費用 | | 1 |
| 　派遣費用 | | 1 |
| 　サポート体制費用鵜 | | 1 |
| | | |
| （ポリグラフMWM接続費） | | |
| （内訳） | | |
| 　RADISTA Workflow MWM接続台数ライセンス（１台あたり） | | 1 |
| 　RADISTA Workflow モダリティ接続（MWM）（１台当たり） | | 1 |

| **【日本ライフライン】　SHOCK　AT** | **規格** | **数量** |
|---|---|---|
| 心腔内除細動装置 | ACG30-2 | 1 |
| 電源ケーブル | ACG-507 | 1 |
| IEGMケーブル | SEC-500 | 1 |
| INPUTケーブル | SIC-500 | 1 |

| **【ボストンサイエンティフィックジャパン】RF Generator** | **規格** | **数量** |
|---|---|---|
| BMC RFジェネレーターII | RFP-100A | 1 |
| フットスイッチ | RFA-FS | 1 |
| デュオモード接続ケーブル | RFX-BAY-DUO-100A | 1 |

| **【ボストンサイエンティフィックジャパン】AVVIGO＋** | **規格** | **数量** |
|---|---|---|
| AVVIGO＋Mobileシステム | H7492493220C0/H7492493221C0 | 1 |
| （付属）AVVIGO用外部出力キット | | 1 |

| **【GE】超音波診断装置　Vscan　Air　SL** | **規格** | **数量** |
|---|---|---|
| Vscan　Air　SL 本体 | | 1 |
| 本体保護用ケース | | 1 |
| ワイヤレス充電台（USBケーブル付） | | 1 |
| チャージャー用ACアダプター | | 1 |